RiliBÄK-Dokumentation der Glukosekontrollmessung in der patientennahen Sofortdiagnostik nach RiliBÄK 2014

MedicoLab

Einrichtung: _____

Gerätetyp: Monometer Advance Plus

Geräte Nr.: _____

Kontrolllösung: Monometer Advance

Messmethode: Plasma

Messeinheit: mmol/l

zulässiger Bereich: Zielwert +/−11 %

Bitte Teststreifen einführen. Danach das Advance zunächst durch dreimaliges Drücken des „M" Knopfes in den „QC Modus" stellen. Nur dann wird der korrekte Kontrollwert ermittelt. Kontrollflüssigkeit nur wenden, nicht schütteln! Ersten Tropfen verwerfen. Die Kontrolllösung ist nach Anbruch 90 Tage haltbar!

Datum	Lot-Nummer Teststreifen	Lot.-Nr. Lösung **Normal (w)**	Zielwert (W2)	Zulässiger Bereich	Messergebnis	Lot.-Nr. Lösung **Hoch (b)**	Zielwert (B3)	Zulässiger Bereich	Messergebnis	Kontrolle ok? Ja / Nein	Handz.