RiliBÄK-Dokumentation der Glukosekontrollmessung in der patientennahen Sofortdiagnostik nach der aktuell geltenden RiliBÄK-2023.

Einrichtung: _____

Gerätetyp: Monometer Advance Plus

Geräte Nr.: _____

Kontrolllösung: Monometer Advance

Messmethode: Plasma

Messeinheit: mg/dl ☐ mmol/L ☐

zulässiger Bereich: Zielwert +/−5 %

Bitte Teststreifen einführen. Danach das Advance zunächst durch dreimaliges Drücken des „M" Knopfes in den „QC Modus" stellen. Nur dann wird der korrekte Kontrollwert ermittelt. Kontrollflüssigkeit 3 – 4 x schwenken, nicht schütteln! Ersten Tropfen verwerfen. Die Kontrolllösung ist nach Anbruch 90 Tage haltbar!

Datum	Lot-Nummer Teststreifen	Lot.-Nr. Lösung **Normal (w)**	Zielwert (W2)	Zulässiger Bereich	Messergebnis	Lot.-Nr. Lösung **Hoch (b)**	Zielwert (B3)	Zulässiger Bereich	Messergebnis	Kontrolle ok? Ja / Nein	Handz.